

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### CZĘŚĆ 1

**Stół do masażu z elektryczną regulacją wysokości typu Galaxy Mercury S2.F4 – 1 szt.**

#### Specyfikacja urządzenia:

1. W zagłówku otwór ułatwiający pacjentowi oddychanie (zaślepka w zestawie)
  2. Kąt nachylenia zagłówka zmieniany za pomocą gazowej sprężyny (-70° do +40°)
  3. Dwuwarstwowa tapicerka odporna na zabrudzenia, uszkodzenia, niepalna
  4. Solidna krzyżakowa rama stołu malowana proszkowo
  5. Uchwyty do przypięcia pasów po obu stronach stołu
  6. Otwory na dwa bananki
  7. Gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach
  8. Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego
  9. Stół wyposażony w technologię, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości
- OPTYMALNE WYMIARY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
10. Długość [cm]: 200-250
  11. Wysokość [cm]: 50-105
  12. Szerokość [cm]: 60-70
  13. Obciążenie [kg]: 150-250

Minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesiące.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 7 dni robocze.

Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów max. 7 dni roboczych.

Możliwość zgłaszania awarii telefonicznie bądź mailowo.

Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta na sprzedaż urządzenia.

Zapewnienie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim – przy dostawie.

Urządzenie powinno posiadać paszport techniczny – przekazanie przy dostawie.

Dostawa na koszt Wykonawcy, termin dostawy – do 31.07.2024 r.

Urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności producenta – Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokument wraz z dostawą, dokument musi zostać przekazany w języku polskim. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2024, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane.

## CZĘŚĆ 2

### Uniwersalny, ergonomiczny podnośnik jezdny typu Solar 185 – 3 szt.

#### Specyfikacja urządzenia:

1. Elektryczna regulacja nóg w standardzie
2. Awaryjne wyłączenie i awaryjne opuszczanie
3. Nowy ergonomiczny uchwyt
4. Wąska podstawa jezdna umożliwiająca łatwiejszy przejazd
5. Szeroki zakres podnoszenia od 44 cm do 198 cm
6. Maksymalne obciążenie do 185 kg
7. Wymienny wieszak bez użycia narzędzi. Możliwość wymiany na 2-, 3- i 4- punktowy wieszak. Wszystkie rodzaje wieszaków można łatwo przechylać i obracać o 360 stopni
8. Możliwość pozycjonowania pacjenta
9. Pilot do sterowania
10. Możliwość chodu stosując odpowiednią podwieszkę
11. Zakres podnoszenia od 680 mm do 1980 mm
12. Elektryczna regulacja podstawy jezdnej o maksymalnym rozstawie 920 mm (może być stosowana zarówno z szerokimi krzesłami, jak i wózkami inwalidzkimi)
13. Wąska i stabilna podstawa, która mieści się w drzwiach o szerokości 700 mm
14. Łatwe czyszczenie, powierzchnie gładkie i bez konturów
15. Elektryczne podnoszenie
16. Manualne opuszczanie i zatrzymanie
17. Wydajność baterii 60-80 podniesień (80 kg, 0, 5 m)
18. Sygnalizacja LED na sterowniku z informacją o akumulatorze i ładowaniu, serwisie, stanie systemu (przeciążenie, zatrzymanie awaryjne, itp.)
19. Mechanizm umożliwiający dostosowanie – obniżenie podstawy, która zmniejszy wysokość nóg o 32 mm
20. Koła wyposażone w hamulce.

Minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesiące.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 7 dni robocze.

Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów max. 7 dni roboczych.

Możliwość zgłaszania awarii telefonicznie bądź mailowo.

Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta na sprzedaż urządzenia.

Zapewnienie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim – przy dostawie.

Urządzenie powinno posiadać paszport techniczny – przekazanie przy dostawie.

Dostawa na koszt Wykonawcy, termin dostawy – do 31.07.2024 r.

Urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności producenta – Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokument wraz z dostawą, dokument musi zostać przekazany w języku polskim. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2024, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane.

### CZĘŚĆ 3

#### Fotel toaletowo- kąpielowy Triton Dual – 3 szt.

##### Specyfikacja urządzenia:

1. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
2. Maksymalny udźwig 150 kg
3. Elektrycznie regulowana wysokość
4. Poręcze i siedzisko wykonane z miękkiego syntetycznego materiału
5. Podpórka do mycia głowy- regulowany w wielu pozycjach elastyczny zagłówek
6. Dodatkowy pojemnik pod siedziskiem (basen)
7. Elektrycznie regulowany kąt odchylenia siedziska do tyłu o 30 stopni
8. Elektrycznie regulowany kąt odchylenia siedziska do przodu o 7 stopni
9. Regulowane podnóżki ze wspornikiem kostki
10. Cztery koła 100 mm wyposażone w hamulce

Minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesiące.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 7 dni robocze.

Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów max. 7 dni roboczych.

Możliwość zgłaszania awarii telefonicznie bądź mailowo.

Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta na sprzedaż urządzenia.

Zapewnienie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim – przy dostawie.

Urządzenie powinno posiadać paszport techniczny – przekazanie przy dostawie.

Dostawa na koszt Wykonawcy, termin dostawy – do 31.07.2024 r.

Urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności producenta – Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokument wraz z dostawą, dokument musi zostać przekazany w języku polskim. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2024, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane.